
ANALYT MESSTECHNIK



GEBRAUCHSANWEISUNG

SKC Impinger-Halter 225-20 für Pumpen der AirChek TOUCH Serie

So befestigen Sie die SKC Midget-Impinger-Halter 225-20-03, 225-20-04, 225-20-05 und 225-20-06 am Gürtelclip einer Probenahmepumpe der SKC AirChek TOUCH Serie.

AMTC-IN-0034

Zu diesem Dokument

Ein SKC Midget-Impinger-Halter der Serie 225-20 trägt Ihre Impinger direkt an der Probenahmepumpe. Diese Anleitung zeigt, wie Sie den Halter am Gürtelclip einer Probenahmepumpe der SKC AirChek TOUCH Serie befestigen.

Produkt und Lieferumfang (S. 4) nennt die betroffenen Halter, Vor dem Gebrauch (S. 5) führt Sie durch die beiden Schritte. Das Befüllen der Impinger, das Anschließen des Schlauchs und das Einstellen des Volumenstroms sind hier nicht beschrieben; richten Sie sich dafür nach der Anleitung Ihrer Impinger, Ihrer Pumpe und des Verfahrens, nach dem Sie Proben nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Die aktuelle Revision finden Sie auf der Produktseite unter analyt-mtc.com.

Dokumentinformationen

Titel	SKC Impinger-Halter 225-20 für Pumpen der AirChek TOUCH Serie — Gebrauchsanweisung
Dokumentnummer	AMTC-IN-0034
Revision	Rev. 2 — Oktober 2026
Gilt für	SKC Midget-Impinger-Halter 225-20-03, 225-20-04, 225-20-05 und 225-20-06
Sprache	Deutsch
Hersteller	SKC Inc.

Änderungsstand

Rev.	Datum	Änderung
2	Oktober 2026	Qualitätsprogramm: neuer Dokumenttyp, neue Nummer und neue Identitätsseiten.
1	Oktober 2026	Erstausgabe.

SKC und AirChek sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der Angaben in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 ANALYT-MTC Messtechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1 **Produkt und Lieferumfang** **4**
Betroffene Halter 4

2 **Vor dem Gebrauch** **5**
Halter anbringen 5

3 **Bestellinformationen** **6**

4 **Service und Kontakt** **7**
Entsorgung 7

KAPITEL 1

Produkt und Lieferumfang

Betroffene Halter

Halter	Bestellnummer
Doppelhalter für Midget-Impinger aus Glas	225-20-03
Einzelhalter für Midget-Impinger aus Glas	225-20-05
Halter für Midget-Impinger aus PFA	225-20-04, 225-20-06

Die Abbildungen zeigen den 225-20-03, einen Doppelhalter aus Edelstahl, der zwei Glas-Impinger oder einen Impinger und eine Vorlage aufnimmt. SKC gibt für die ganze Serie ein einziges Vorgehen zum Anbringen an: Der Halter hat auf seiner Rückseite einen Riegel, der im Schlitz des Pumpen-Gürtelclips einrastet.

Wenn Sie eine Vorlage im Halter verwenden, befüllen Sie sie und wechseln Sie ihr Sorbens, wie es die Anleitung *SKC Impinger-Vorlagen 225-22 und 225-22-01 — Gebrauchsanweisung* (AMTC-IN-0044) beschreibt.

KAPITEL 2

Vor dem Gebrauch

Halter anbringen

1. Halten Sie den Halter seitlich. Schieben Sie den Riegel auf seiner Rückseite in den Schlitz des Pumpen-Gürtelclips.




Abbildung 2-1. Riegel in den Schlitz.

2. Drehen Sie den Halter um 90 Grad. Der Riegel greift nun auf beiden Seiten des Schlitzes und hält den Halter fest an der Pumpe.
3. Prüfen Sie die Lage: Die Bodenplatte des Halters liegt parallel zum Boden der Pumpe.



Abbildung 2-2. Halter befestigt, Bodenplatte parallel zur Pumpe.

KAPITEL 3

Bestellinformationen

Bestellen Sie bei Analyt-MTC mit den Bestellnummern.

Die Halter und ihre Bestellnummern stehen in Produkt und Lieferumfang (S. 4). Zu Haltern, Impingern und Vorlagen fragen Sie Analyt-MTC.

KAPITEL 4

Service und Kontakt

Kontakt und Support

ANALYT-MTC Messtechnik GmbH

Deutsche Zentrale

Klosterrunsstraße 18, 79379 Müllheim
Deutschland

+49 7631 5545

info@analyt-mtc.de

Französische Filiale

175 Avenue d'Alsace, 68000 Colmar
Frankreich

+33 3 89 41 47 78

info@analyt-mtc.fr

www.analyt-mtc.com

Bevor Sie anrufen

Halten Sie bitte folgende Angaben bereit, damit Analyt-MTC Ihnen schnell helfen kann:

- die Katalognummer des Halters, zum Beispiel 225-20-03;
- das Modell der Probenahmepumpe, an der der Halter befestigt ist;
- die Impinger oder Vorlagen, die Sie im Halter verwenden, aus Glas oder PFA.

Analyt-MTC bearbeitet technische Fragen, Garantiefälle und Rücksendungen nach seinen Verkaufsbedingungen; seine Kontaktdaten stehen oben und auf der Rückseite.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Halter nach den örtlichen Vorschriften; trennen Sie Metall-, Glas- und Kunststoffteile nach Möglichkeit für das Recycling.

ANALYT-MTC Messtechnik GmbH

Vertrieb, Service und Kalibrierung

Deutsche Zentrale
Klosterrunsstraße 18, 79379 Müllheim
Deutschland
+49 7631 5545
info@analyt-mtc.de

Französische Filiale
175 Avenue d'Alsace, 68000 Colmar
Frankreich
+33 3 89 41 47 78
info@analyt-mtc.fr

www.analyt-mtc.com

AMTC-IN-0034 · Rev. 2 · 2026-10

© 2026 ANALYT-MTC Messtechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.